COLORPRO

Ficha Técnica

Caracterização de Gengivas

Português

Indicações

Resina Acrílica Termopolimerizável desenvolvida para trabalhos de caracterização de prótese de acordo com a coloração da gengiva do paciente.

Contra Indicações

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

Apresentações

Pó: Frascos de 15g e 80g.
Veias: Frasco de 0,1g.

Cores

Pó: Rosa Vermelho, Rosa Preto, Rosa Claro, Rosa Marrom, Rosa Roxo e Rosa Médio.
Veias: Vermelho e Roxo.

Características/Benefícios

- O método permite a personalização da prótese de acordo com a coloração da gengiva do paciente;
- Para uso nas técnicas convencional e micro-ondas;
- Ausência de porosidades;
- Baixa absorção de água;
- Baixo monômero residual;
- Ótima estabilidade dimensional;
- Facilidade de escoamento, compactação, facilidade no acabamento, polimento e brilho.

Composição

Pó: Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis

Instruções de Uso

Antes de iniciar qualquer trabalho, os recipientes devem estar completamente limpos e livres de vestígios de cera ou graxa.
O sistema de caracterização pode ser empregado através de três formas diferentes:

Técnica Fotopolimerizável

O material utilizado, além das resinas de caracterização, é um líquido para resina fotopolimerizável, resina ColorPro na cor do dente a ser caracterizado e uma fonte de fotopolimerização (fornos de laboratório para resina fotopolimerizável ou de aparelhos de fotopolimerização para consultório). É importante nessa técnica utilizar sempre camadas finas de resina para que haja o endurecimento pela fotopolimerização.

Técnica Autopolimerizável

O material utilizado, além das resinas de caracterização, é a resina ColorPro na cor do dente a ser caracterizado e monômero de rápida polimerização.

Técnica Termopolimerizável

O material utilizado, além das resinas de caracterização, é a resina ColorPro na cor do dente a ser caracterizado, o monômero especial de lenta polimerização e uma polimerizadora termo-pneumo-hidráulica.

Recomendações ao Paciente

Para aumentar a durabilidade da prótese, recomenda-se a higiene diária sem o uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Advertências e Precauções

- Seguir os procedimentos usuais para controle microbiológico, montagem, articulação e manutenção da prótese, bem como para proteção individual;
- Somente para uso odontológico;
- Pode formar misturas de ar/pó inflamáveis;
- Não deixar o material entrar em contato com a mucosa do paciente. O calor da polimerização pode causar queimaduras;
- Recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção. O manuseio não é recomendável para gestantes, lactantes e alérgicos;
- Conservar ao abrigo de luz e calor;
- Descartar os resíduos em locais apropriados.

Validade

Pó: 10 anos a partir da data de fabricação.

PROTÉTIC
Produtos Odontológicos

PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil
CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114
Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br

COLORPRO

Ficha Técnica

Caracterização de Gengivas

Português

Registro ANVISA

Pó: 80750429004

Responsável Técnico

José Guilherme Pacheco Andrade
CRQ IV – 04223586

PROTÉTIC
Produtos Odontológicos

PROTÉTIC INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
Rua Regente Feijó, 530 - Centro - CEP: 13.630-125 - Pirassununga/SP - Brasil
CNPJ: 05.807.702/0001-03 - INSC. EST.: 536.117.418.114
Contatos: (19) 3562-7483 / 3563-2666 - sac@protetic.com.br